

广州开发区行政审批局

穗开审批环评〔2025〕126号

关于安利研发中心及大健康共享平台项目 环境影响报告表的批复

安利（中国）研发中心有限公司：

你司通过广东政务服务网报来的《安利研发中心及大健康共享平台项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条，以及《中华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条等规定，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该项目租用广州市黄埔区夏港街道保盈大道10号摩天工坊101房（自编01-02单元）、201房（自编02-03单元）进行建设。请你司按照《报告表》内容落实各项环境污染控制和环境管理措施。

项目内设立式切片机、多用途干燥箱、全自动软胶囊机、多功能提取罐、有机超滤膜设备、旋转式压片机、超高效液相色谱仪等中试和实验设备（具体详见《报告表》），以VE胶囊内容

物、大豆油、维生素 D3、富马酸亚铁、硅酸钙、矿物质及紫花苜蓿提取物混合物、食品用香精等为主要原辅材料，主要从事保健品中试和实验检测、个性化护肤品研发及检测等研究工作，年中试生产蛋白粉和代餐粉 3500kg、复合营养素硬胶囊 180kg、保健类软胶囊 660kg、植物提取物及蛋白类造粒 144kg、植物提取饮品 1980kg、提取中线产品 4000kg、碳酸饮料 570kg，以及复合维生素、矿物质和天然植物提取物片 2500kg，年开展实验检测 10000 次。项目年工作时间 250 天，每天 8 小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施，使该项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

1.生活污水、地面清洗废水、冷却废水经三级化粪池预处理，在满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的前提下，排入市政污水管网由西区水质净化厂集中处理。

2.原辅材料清洗废水、设备清洗废水、实验仪器和器皿的次级清洗废水、斑马鱼饲养废水、汽水废液、废液体饮料、水浴锅废水经自建污水处理站（混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+斜管沉淀）处理，在达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网由西区水质净化厂集中处理。

3.纯水制备产生的浓水属于清净下水，直接排入市政污水管网。

（二）废气治理措施和要求

1.中试实验、打印标签等过程产生的废气（VOCs、甲醇、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨气）集中收集经活性炭吸附装置处理，TVOC、非甲烷总烃应达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值和广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2排气筒VOCs排放限值II时段标准较严者，甲醇、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物应达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，氨气、臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值后引至排气筒（DA001）高空排放，排气筒出口处距离地平面不低于15米。

2.中试产生的粉尘集中收集经移动式小型集尘设备过滤处理后在车间内排放，不对外设排放口。

3.排气筒应按有关环境监测规范要求设置取样孔及取样平台，以便环境监测部门进行取样监测。

4.厂区内VOCs应满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。厂界颗粒物、甲醇、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物应满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织

排放监控浓度限值，VOCs 应满足广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值，硫化氢、氨气、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。

（三）噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（四）固体废弃物防治措施和要求

1.废弃一次性检测用品、样品废液、废弃样本、实验室初级清洗废水、废试剂瓶、废弃培养基、废活性炭、废墨盒等属《国家危险废物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。按时完成年度固体废物申报登记。危险废物暂存场应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。

2.一般废包装材料、纯水机废耗材、废固体胶囊、不合格胶囊、污水站污泥等应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。

3.生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

（五）应设专职人员负责该项目的环境管理工作，建立健全环境管理制度，杜绝污染物超标排放；对物品在运输、存放、使

用等全过程进行有效管理，并应采取有效措施防范和应对环境污染事故发生；妥善处置固体废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

（六）应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》（粤环〔2008〕42号）要求设置排污口。

三、在项目建成后，正式排放污染物前按照排污口规范化管理要求做好排污口规范化，并依法申办排污许可手续；按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年7月16日修订）和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）要求依法办理该项目竣工环保验收工作，环境保护设施经验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本意见仅作为环境影响评价行政审查意见，如涉及消防安全、卫生防疫、文物保护、国家安全、公共安全、市容环卫等专业管理问题，应取得相关专业主管部门意见。

六、如不服上述行政许可决定，可在接到本文之日起60日内，向广州开发区管委会提出行政复议申请，或在6个月内直接

向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2025 年 7 月 15 日

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、广东南环生态环境科技有限公司。

广州开发区行政审批局办公室

2025 年 7 月 15 日印发
