

# 广州开发区行政审批局

穗开审批环评〔2026〕34号

## 关于恒瑞源正（广州）生物科技有限公司研发中心建设项目环境影响报告表的批复

恒瑞源正（广州）生物科技有限公司：

你司通过广东政务服务网报来的《恒瑞源正（广州）生物科技有限公司研发中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条，以及《中华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条等规定，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该项目租用广州市黄埔区联和街道神舟路288号D栋207房进行建设。请你司按照《报告表》内容落实各项环境污染控制和管理措施。

项目内设冷藏冷冻箱、实时细胞分析仪、细胞分选仪、超声波细胞粉碎仪、离心机、电泳仪、真空干燥箱、电热恒温培养箱、漩涡混匀仪、PCR仪、凝胶成像分析仪等实验设备（具体详见《报

告表》），以限制性核酸内切酶、T 细胞活化试剂盒、DNA 聚合酶、重组蛋白酶、无水乙醇、组织细胞固定液、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 终止液、质粒 DNA、PCR 扩增试剂、红细胞裂解液等为主要实验材料，主要从事生物药品研发，年研发多抗原自体免疫细胞注射液 100 批次（其中包括细胞培养、ELISA 检测、流式细胞术检测、PCR 到转化检测、树脂纯化检测实验各 100 批次）。项目年工作 260 天，每天 8 小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施，使该项目对环境的影响降到最小。

#### （一）废水治理措施和要求

1. 实验室地面清洗废水、实验器具低浓度次级清洗废水、灭菌器和水浴锅更换废水、生活污水经三级化粪池预处理，应达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网由大沙地污水处理厂集中处理。

2. 制备纯水产生的浓水及反冲洗水属于清净下水，直接排入市政污水管网。

#### （二）废气治理措施和要求

1. 细胞间产生的废气（TVOC、NMHC、恶臭污染物）集中收集经活性炭吸附装置处理，TVOC、NMHC 应达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 2 大气污染物特别排放限值，臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》

( GB14554-93 )表 2 恶臭污染物排放标准后引至排气筒(DA001)高空排放，排气筒出口处距离地平面不低于 15 米。

2.排气筒应按有关环境监测规范要求设置取样孔及取样平台，以便环境监测部门进行取样监测。

3.厂区内 VOCs 应满足《制药工业大气污染物排放标准》( GB37823-2019 ) 表 C.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。厂界非甲烷总烃、硫酸雾应满足广东省《大气污染物排放限值》( DB44/27-2001 ) 第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》( GB14554-93 ) 表 1 恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。

### (三) 噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 ) 3 类标准。

### (四) 固体废弃物防治措施和要求

1.废试剂空瓶、实验室废液(含实验器具初次清洗废水)、废弃一次性实验耗材、废实验样品、生物安全柜废过滤器、废紫外消毒灯管、废活性炭等属《国家危险废物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。按时完成年度固体废物申报登记。危险废物暂存场应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》

( GB18597-2023 ) 的要求进行设置。

2.一般废包装材料、纯水系统废滤芯及废反渗透膜应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。

3.生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

(五)应设专职人员负责该项目的环境管理工作,建立健全环境管理制度,杜绝污染物超标排放;对物品在运输、存放、使用等全过程进行有效管理,并应采取有效措施防范和应对环境污染事故发生;妥善处置固体废物并承担监督责任,防止造成二次污染。

(六)应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》(粤环〔2008〕42号)要求设置排污口。

三、在项目建成后,正式排放污染物前按照排污口规范化管理要求做好排污口规范化,并依法申办排污许可手续;按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院2017年7月16日修订)和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》(穗环〔2020〕102号)要求依法办理该项目竣工环保验收工作,环境保护设施经验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境

影响评价文件。

五、本意见仅作为环境影响评价行政审查意见，如涉及消防安全、卫生防疫、文物保护、国家安全、公共安全、市容环卫等专业管理问题，应取得相关专业主管部门意见。

六、如不服上述行政许可决定，可在接到本文之日起 60 日内，向广州开发区管委会提出行政复议申请，或在 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2026 年 3 月 11 日

---

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、广州市碧航环保技术有限公司。

---

广州开发区行政审批局办公室

2026年3月11日印发

---